

DO 校正キット

DO

P/N: CAX-001
CAX-002 (ビジウォーターP用)

溶存酸素センサーの校正用キットです。

ゼロ点及びスパン点を校正するために使用します。



* 写真は使用例です。

セット内容

No.	名称	仕様	数量
1	セーフティボトル ゼロ点校正用	450mL	1本
2	セーフティボトル スパン点校正用	450mL	1本
3	マグネチックスターラー 天板サイズ 120x150mm	最大攪拌容量 1L	1台
4	スターラー攪拌子	5mm×15mm	1個
5	理化学スタンドセット	高さ 640mm	1式

* 上記セット内容以外のものは別途ご用意ください。

* 使用方法は校正手順書を参照してください。

製品仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。 2021年10月 作成